

<基本情報>

受付No.1011176

品 名：モースプロテクション

販 売：株式会社エースインターナショナルジャパン

〒108-0073 東京都港区三田3-7-16 御田八幡ビル1101

TEL03-6381-7689 FAX03-6381-7693

製 造 元：株式会社エースインターナショナルジャパン

〒108-0073 東京都港区三田3-7-16 御田八幡ビル1101

TEL03-6381-7689 FAX03-6381-7693

備 考：日本製

上記につき下記内容のようにファクトシートを認定する。

ファクトシートNo.1011176

認定年月日2010年2月1日

[1]概要

品 名：モースプロテクション

販 売：株式会社エースインターナショナルジャパン

〒108-0073 東京都港区三田3-7-16 御田八幡ビル1101

TEL03-6381-7689 FAX03-6381-7693

製 造 元：株式会社エースインターナショナルジャパン

〒108-0073 東京都港区三田3-7-16 御田八幡ビル1101

TEL03-6381-7689 FAX03-6381-7693

[2]モースプロテクションについて

- ・商品名;モースプロテクション
 - ・対象;風邪、花粉、ほこり等
 - ・素材;ポリプロピレン、ポリエステル、ポリウレタン
 - ・枚数;5枚
 - ・静電気を帯電する高機能特殊フィルターで0.1ミクロンの粒子を99%カット。
- ※99%カットはマスク装着時のデータではございません。試験方法等については、メーカーにお問合わせ下さい。
- ・薄型3層構造

■ 提出された資料

1. 商品現品1袋(5枚)
2. 株式会社エースインターナショナルジャパン・登記簿謄本
3. 製造工場の写真
4. 原材料(不織布)供給会社概要(日本語版)
5. ロナルド・モース博士プロフィール
6. ロナルド・モース博士「顧問契約書」
7. ロナルド・モース博士「名前・顔写真の使用についての覚書」
8. 米国ネルソン研究所概要資料(日本語)
9. 高性能マスク「モースプロテクション」製品仕様書
10. 最終報告書「不織布マスクの抗ウイルス性能試験」(学校法人北里研究所北里大学北里研究所メディカルセンター病院研究部門医療環境科学センター)
11. ファイナルレポート「モースガード、モースプロテクションに使用している不織布の性能試験」(米国・ネルソン研究所)英文&和文
12. 試験申込書及び承諾書「マスクの静電気帯電試験」(独立行政法人東京都立産業技術研究センター)
13. 原材料(不織布)検査レポート(中国語、日本語訳)
14. 製品の品質管理表
15. 国際特許出願書類一式
16. 製造物責任保険証券の写し
17. ボックスタイプ(50 枚入り)の商品仕様書
18. その他